

CGC: 53.276.010/0001-10 Insc.Est. 407.087.160.115 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 - Caixa Postal 2130 - Distrito Industrial - Jundiai (SP) Fone (11) 4589-2600 Fax (11) 4589-2626

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA REF. PREGÃO PRESENCIAL № 054/2023

COMUNICADO

A empresa Hexis Cientifica Ltda, Inscrita no CNPJ 53.276.010/0001-10, vem através desta solicitar esclarecimento, referente ao Pregão presencial nº 054/2023

CONSTA NO EDITAL ITEM 05

Reagente para determinação colorimétrica de fluoreto- SPADNS, faixa de concentração: 0,02-2,00 mg/l de fluoreto. Frasco de 500ml. Com certificado de análise.

Perguntamos

1) Será aceito um reagente com formulação livre de arsênio?

CONSTA NO EDITAL ITEM 18

Turbidímetro digital microprocessado

Perguntamos

 Será aceito um equipamento com precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU (Luz espúria < 0,02 NTU)?

Atenciosamente Departamento de licitações



LABORATÓRIO QUALIDADE DE ÁGUA

Ofício: nº. 062/2023

À SETOR DE COMPRAS

REF: Prestação de esclarecimentos.

Venho por meio desta, prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa Hexis Científica Ltda, conforme segue:

CONSTA NO EDITAL

ITEM 05 - Reagente para determinação colorimétrica de fluoreto- SPADNS, faixa de concentração: 0,02-2,00 mg/l de fluoreto. Frasco de 500ml. Com certificado de análise. Perguntamos

1) Será aceito um reagente com formulação livre de arsênio?

Sim.

CONSTA NO EDITAL

ITEM 18 - Turbidímetro digital microprocessado Perguntamos 1) Será aceito um equipamento com precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU (Luz espúria < 0,02 NTU)?

Sim.

Sem mais, aproveito a oportunidade de estimar minhas distintas considerações e colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Barrinha, 24 de Outubro de 2023.

Eduardo Varalda

Tolumber of Tana

Químico - CRQ: 04200284 Prefeitura Municipal de Barrinha





Jundiaí, 22 de outubro de 2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2023

Prezados Senhores,

A Empresa **Hexis Científica Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, nº 385, Distrito Industrial, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 53.276.010/0001-10 vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em atenção ao PP 054/2023 solicitar o esclarecimento pelas razões abaixo aduzidas;

Tendo em vista que alguns itens são de procedência importada, será aceito o prazo de entrega de aproximadamente 90 dias para os itens 01/04/05 e 120 dias para o item 18? Ou será aceito prorrogação de entrega?

Motivo:

O material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega.

Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas a importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

Considerando que o sistema nos indica uma média de atrasos e que as informações de monitoramento estão sempre se atualizando até a entrega dos itens na nossa unidade de distribuição, os itens poderão ser entregues antes do prazo informado.

HEXIS CIENTÍFICA LTDA.



LABORATÓRIO QUALIDADE DE ÁGUA

Ofício: nº. 061/2023

À SETOR DE COMPRAS

REF: Prestação de esclarecimentos.

Venho por meio desta, prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa Hexis Científica Ltda, conforme segue:

Tendo em vista que alguns itens são de procedência importada, será aceito o prazo de entrega de aproximadamente 90 dias para os itens 01/04/05 e 120 dias para o item 18? Ou será aceito prorrogação de entrega?

Devido a urgente necessidade dos produtos e equipamentos para o setor de laboratório, deve ser respeitado o prazo de entrega indicado no edital.

Sem mais, aproveito a oportunidade de estimar minhas distintas considerações e colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Barrinha, 24 de Outubro de 2023.

Eduardo Varalda

Químico - CRQ: 04200284

Prefeitura Municipal de Barrinha